

Hidrojen Peroksit Teknik Şartname

1. Güvenlik formu ekte sunulacaktır.
2. Yoğunluğu 1,110 g/cm olmalıdır.
3. Raf ömrü yaklaşık 2 yıl olmalıdır.
4. Amber cam şişede teslim edilmelidir.
5. %30 Hidrojen peroksit içermeli, bunun dışında herhangi bir kimyasal içermemelidir.
6. Sulandırılarak %3 hidrojen peroksit solüsyonu olarak kullanılabilir.
7. Sulandırıldığında lümenli paslanmaz çelik aletlerin lümen temizliğinde kullanılabilir.
8. 2.5 L olarak teslim edilmelidir.
9. Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.
10. Ürünler ithal olmalıdır.
11. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.
12. Ambalajları orijinal olmalıdır.
13. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
14. Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.
15. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
16. Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

Nitrik Asit Teknik Şartname

1. Ürün saflığı en az %65 GR ISO
2. 2.5' lik ambalajda olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az iki yıl olmalıdır.
4. Güvenlik formu ekte sunulacaktır.
5. CAS numarası 7697-37-2 olmalıdır.
6. 2.5 L olarak teslim edilmelidir.
7. $M = 63,01 \text{ g/mol}$ olmalıdır Kaynama: 121°C olmalıdır.
8. Görünüm berrak olmalıdır.
9. Yoğunluk (20 C) altında $1,37-1,41 \text{ gr/cm}^3$ olmalıdır.
10. Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.
11. Ürünler ithal olmalıdır.
12. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.
13. Ambalajları orijinal olmalıdır.
14. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
15. Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.
16. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
17. Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

Pipet Ucu 5-200 µl Teknik Şartname

1. Pipetleme hacmi 200 µl olmalıdır.
2. Sarı renkte olmalıdır.
3. Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmalıdır.
4. Uzun ve uca doğru incelen yapısı ile küçük hacimlerle çalışma kolaylığı sağlamalıdır.
5. 1000'lik poşetler de olmalıdır.
6. Otoklavlanabilir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.
7. Teklif edilen ürün için ücretsiz numune verilecek deneme onayı alınan ürünler değerlendirmeye alınacaktır.
8. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
9. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

10. Ambalajları orijinal olmalıdır.
11. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir

Pipet Ucu 100-1000 µl Teknik Şartname

1. Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.
2. 500 adetlik poşet içerisinde steril bir şekilde teslim edilmelidir.
3. Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.
4. Maximum geri kazanım özelliği olmalıdır.
5. Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.
6. Pipet ucu pipet şatnameye uyumlu olmayı garanti etmelidir.
7. Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.
8. Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır
9. Pipet ucu 7,5 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Otoklavlanabilir olmalıdır.
11. Otoklavlanabilir rak içerisinde olmalıdır.
12. DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.
13. Pipet uçlarıyla beraber saklama kutusu da verilmelidir.
14. Teslim edilen poşetlerde delinme olursa ürünün teslimi kabul edilmeyecektir.
15. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
16. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
17. Ambalajları orijinal olmalıdır.
18. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.

Cryo Tüp Teknik Şartname

1. Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-sitotoksik ve non-pirojenik olmalıdır.
2. Kullanıma hazır, rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. 5 ml olmalı, bir kutuda 100 adet olmalıdır.
4. Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
5. Çalışmayan yada eksik olan ürün, yüklenici firma tarafından ,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
6. Etekli olmalıdır.
7. Steril olmalıdır.
8. Kapakları dışarı içe doğru vidalı olmalıdır.
9. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
10. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
11. Ambalajları orijinal olmalıdır.
12. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir

Cryo Tüp Standı Teknik Şartname

1. Rack 81 adet 1,5/2 ml mikrosantrifüj ve vida kapaklı tüp için uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kapaklı olmalıdır.
3. Rackin kendisi Polikarbonat yapılı plastikten, iç ızgarası da polypropilen yapılı plastikten üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünler ısıya ve darbeler karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Kuyuları alfanümerik olarak isimlendirilmelidir.
6. Sıvı nitrojenin buhar fazında ve derin dondurucuda saklanabilmelidir.
7. Ürün tercihe göre sarı, şeffaf ya da mavi renkte olmalıdır.
8. Ürün ölçüleri 131 x 131 x 52 mm olmalıdır.

9. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.
10. Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.
11. Ambalajları orijinal olmalıdır.
12. Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir