

TEKNİK ŞARTNAME

Microcentrifuge Tube, PP, 1.5ml, Clear, RCF 30,000xg

1. 1.5 ml hacme sahip olmalıdır.
2. Şeffaf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
3. DNase, RNase, Human DNA'dan ari olmalıdır.
4. Apirojen ve non-sitotoksik olmalıdır.
5. 30,000xg santrifüje dayanıklı olmalıdır.
6. 500 adetlik paketler halinde olmalıdır.

Pipet Ucu 10 µl, Beyaz, Eppendorf Tip

1. 0.5-10µL arası sıvı çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Pipet uçları ultrahidrofobik özellikte olmalıdır.
3. DNase ve RNase içermemeli ve moleküler biyolojik çalışmalara uygun olmalıdır.
4. Pipet uçları 1000 adetlik paketlerde olmalıdır.
5. Non-Steril olmalıdır.
6. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürüne numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Pipet Ucu 5-200 µl, Sarı, Eppendorf Tip

1. 5-200µL arası sıvı çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Pipet uçları ultrahidrofobik özellikte olmalıdır.
3. DNase ve RNase içermemeli ve moleküler biyolojik çalışmalara uygun olmalıdır.
4. Pipet uçları 1000 adetlik paketlerde olmalıdır.
5. Non-Steril olmalıdır.
6. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürüne numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Pipet Ucu 100-1000 µl, Mavi, Eppendorf Tip

1. 100-1000µL arası sıvı çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Pipet uçları ultrahidrofobik özellikte olmalıdır.
3. DNase ve RNase içermemeli ve moleküler biyolojik çalışmalara uygun olmalıdır.
4. Pipet uçları 500 adetlik paketlerde olmalıdır.
5. Non-Steril olmalıdır.
6. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürüne numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Nitril Eldiven Medium

1. Pudrasız ve Nitril olmalıdır.
2. Medium beden olmalıdır.
3. Mavi renkli ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Ekstra kalın olmalıdır.

5. Non steril olmalıdır.
6. Kutu içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
7. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürüne numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

PROTEİNASE K TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dnase ve Rnase aktivitesi bulunmalıdır.
2. SDS içinde kararlılığını korumalıdır.
3. Nükleazların DNA ve RNA'dan uzaklaştırılması uygulamaları için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4. Liyofilize formda olmalıdır.
5. Ambalaj şekli 500 mg olmalı, orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

1,4-dithiothreitol min

1. 50-100 mM protein ekstrakte etme özelliğine sahip olmalıdır.
2. 50 ml olmalıdır.
3. 1M olmalıdır.
4. Western Blot deneyinde kullanılacaktır.
5. Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az 1yıl olmalıdır.

LAMEL 24x24 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
3. 24x24mm ebatlarında olmalıdır.
4. 100'lük alüminyum paketlerde olmalıdır.

LAMEL 24x60 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
2. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
3. 24x50mm ebatlarında olmalıdır.
4. 100'lük alüminyum paketlerde olmalıdır.

LAM düz

1. Paketinde 50 adet olmalıdır.
2. Yüksek optik kalitede ve renksiz, 3. sınıf hidrolitik özelliklere sahip olmalıdır.
3. Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Lam standart kalınlıkları 1 milimetre olup lam boyutları 26 mm x 76 mm' olmalıdır.
5. Rodajlı ve 45 derece kenar açlarına sahip olmalıdır.

Buzlu Lam

1. Tek taraflı 1/3 buzlu olmalıdır.
2. Paketinde 50 adet olmalıdır.
3. Yüksek optik kalitede ve renksiz, 3. sınıf hidrolitik özelliklere sahip olmalıdır.
4. Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Lam standart kalınlıkları 1 milimetre olup lam boyutları 26 mm x 76 mm' olmalıdır.
6. Rodajlı ve 45 derece kenar açlarına sahip olmalıdır.

Comet Assay Lysis Solution

1. Ambalajı 1000 ml olmalıdır.
2. Çözelti yüksek tuz ve deterjan içermelidir.
3. Alkali veya nötr comet deney protokolüyle kullanıma uygun olmalıdır.
4. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Agarose

1. Agarose BioReagent, for molecular biology, low EEO olmalıdır.
2. Ürünün CAS Nosu : 9012-36-6 olmalıdır.
3. Ürün DNase, RNase, none detected olmalıdır.
4. Ürün $\leq 10\%$ moisture content olmalıdır.
5. Ürün gel point 36 °C (1.5% gel, $\pm 1,5$ °C) olmalıdır.
6. Ürün Gel dayanımı ≥ 1200 g/cm² (1% gel) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı 250 gr lık olmalıdır. Toplam da 250 gr verilmelidir.
8. Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.
9. Ürün tesliminde ürünün son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır

Ultravision Detection System Anti-Polyvalent Hrp Kit

1. Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda Mikro Polymer yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. HRP Polymer özellikte olup, datasheet ile belgelenmelidir.
3. Kit içeriğinde; 60ml Hydrogen Peroxide Block, 60ml Protein Block, 60ml Primer Antibody Enhancer, 60ml HRP Polymer, 60ml DAB Plus Substrate ve 2 ml DAB Plus Chromogen bulunmalıdır.
4. Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmesi, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.
5. Tüm solüsyonlar 60 ml'lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.
6. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketlin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
7. Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 20 ay kullanım süresi olmalıdır.
8. Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.
9. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. 10 Kitin barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

Termometre

1. Bağıt Tipi olmalıdır.
2. En az /En fazla -10/+200 oC' sıcaklıkları okuyabilmelidir.
3. Hassasiyet en az 2 oC olmalıdır.

TÜP SPORU

1. Tüp sporu delik sayısı 96 adet olmalıdır.
2. Tüp sporu ölçüleri 263 x 110 x 45 mm olmalıdır.
3. Tüp sporu otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Tüp sporu beyaz renkte olmalıdır.
5. 1,5 ve 2 ml tüplere uygun olmalıdır.