

TEKNİK ŞARTNAMESLER

Genel Hükümler:

1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.
2. Firma teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.
3. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

1- H&E Staining Kit (Hematoxylin and Eosin)

- Histoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Kitin avantajları arasında daha düşük buharlaşma hızı, daha iyi renk desenleri, kabın, ellerin ve tezgahların üzerine dökülme eğiliminin azalması ve doku bölümünde kalmak için geliştirilmiş yüzey gerilimi yer alıyor olmalıdır.
- Hematoksilin, Eozin boyalı sitoplazmaya optimum kontrast sağlayan canlı, yoğun mavi çekirdekler üretir olmalıdır.
- Cytoplasm: Light Pink
- Collagen: Pink
- Muscle: Pink/Rose
- Erythrocytes: Pink/Red
- Nuclei: Blue renklerinde boyanmış olmalıdır.
- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik ab245880 olmalıdır.
- Kit bileşenleri;
Bluing Reagent 1x500 ml
Eosin Y Solution 1x500 ml
Hematoxylin (Modified Mayer's Solution) 1x500 ml olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

2- Pozitif Şarjlı süperfrost plus lam

- 1 kutuda 72 adet Süper frost Poly-L-lysine özelliğinde Lam bulunmalıdır.
- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.