Rat Interleukin 1 ,IL-1 ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit sıçan serum, plasma,hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 270pg/ml olan tek standart'dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 180pg/ml, 120pg/ml, 60pg/ml, 30pg/ml ve 15pg/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 80 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 3pg/ml-200pg/ml olmalıdır.
10. Sensitivity 0.5pg/ml olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rat Interleukin 6 (IL-6) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit sıçan serum, plasma,hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 180ng/L olan tek standart'dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 120ng/L, 80ng/L, 40ng/L, 20ng/L ve 10ng/L olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 80 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 8 ng/L -150 ng/L olmalıdır.
10. Sensitivity 1.5 ng/L olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rat Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. Kit sıçan serum, plasma,hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.
2. 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.
3. Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.
4. Konsantrasyon değeri 360ng/L olan tek standart'dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 240ng/L, 160ng/L, 80ng/L, 40ng/L ve 20ng/L olan 5 adet standart elde edilmelidir.
5. Tüm kutu içeriği +4 C'de 6 ay saklanabilmelidir.
6. Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.
7. İnkübasyon süresi 80 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Assay Range 15 ng/L -300 ng/L olmalıdır.
10. Sensitivity 2.8 ng/L olmalıdır.
11. Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.
12. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
13. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
14. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.