Tip-2 safsu Kartuju Teknik Şartnamesi

Talep edilen kartuj TKA-pasific safsu cihazına uyumlu olmalıdır.

Üretim yılı 2025 veya 2026 yılı olmalıdır.

Teslimat süresi 10 gündür. İhale sonuçlandıktan sonra temin edecek firma 10 gün içinde, mümkünse daha erken, teslim etmelidir

Fetal Bovine Serum Teknik Şartnamesi

1. pH aralığı 6.8-8.2 olmalıdır.
2. Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.
3. Osmalite : 240-340 mOsm/1kg olmalıdır.
4. Sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.
5. Total protein 3.0 – 4.5 g/dl olmalıdır.
6. Albumin, hemoglobin rapor edilmiş olmalıdır.
7. Mycoplasma testleri yapılmış ve tespit edilememiş olmalıdır.
8. PI-3, BVDV, BVDV-AB, BHV-I virüsleri için test yapılmış olmalıdır.
9. -20C'de saklanmalı ve bu şartlarda ürün teslimi yapılmalıdır.
10. Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.
11. Ürünün son kullanma tarihi teslim edildikten sonra en az 1 yıl olmalıdır.

96'lık Well Plate Teknik Şartnamesi

Well plateler tekli poşetlerinde, steril, ve kapaklı olmalıdır.

Hücre kültrü çalışmalaına uygun olmalıdır.

Mikroplakalar F taban olmalı ve bu özellliği ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Ürünün son kullanma tarihi teslim edildikten sonra en az 1 yıl olmalıdır.